

UNIVERSAL 320/320 R

Nouveau rotor

Des atouts en matière de performance et de capacité

**Rotor libre 1554
avec nacelles 1560**

- **Plus de capacité**
jusqu'à 4 x 200 ml
- **Plus de confort**
couvercle hermétique
avec fermeture mécanique
à une main

**NOUVEAU**

**Rotor libre 1554
avec nacelles 1563**

- pour 8 x 50 ml



www.hettichlab.com

Distribué par
Le Laborantin
www.lelaborantin.com
clients@lelaborantin.com



UNIVERSAL 320/320 R – Accessoires (extrait)



OUVERTURE ET FERMETURE FACILES DU GODET À UNE SEULE MAIN

- 1 Position « Open » : pour mettre et enlever le couvercle.
- 2 Position centrale : godet hermétiquement fermé pour le transport.
- 3 Position « Close » : godet hermétiquement fermé pour la centrifugation.



Rotor libre 1554, nacelle 1560 et nacelle 1563

Capacité en ml	125	150	200	1,1–1,4	2,6–4,9	2,7–3	4,5–5	4–5,5	7,5–10	10	1,6–7	4–10			
Ø x L en mm	51x100	51x116	56x112	8x66	13x65/90	11x66	11x92	15x75	15/16x92	15x102	13x75/100	16x75/100			
Réf.	-	-	-	Récipients de prélèvement sanguin / tubes d'urine											
Couvercle Réf. 1561															
Nacelle Réf. 1560															
Réf.	1594	-	1589				1588		1588	1589	1588				
Orifice Ø x L en mm	52x77		57x77	13,5x60			17,5x60		17,5x60	13,5x60		17,5x60			
Tubes par rotor	4			28			20		20	28		20			
ACR max. ¹⁾	3.328			3.215						3.215					
Rayon en mm	147			142						142					

Capacité en ml	15	30	50	50	
Ø x L en mm	17x120	25x110	29x115	29x115	
Réf.	0509	-	0513	-	
Couvercle Réf. 1561					
Nacelle Réf. 1560					
Réf.	1577	1595	1578	1579	1583
Orifice Ø x L en mm	17x77	17x77	26x77	30x77	30x77
Tubes par rotor	8	12	4		
ACR max. ¹⁾	3.328				
Rayon en mm	147				

Capacité en ml	12	15	50	50
Ø x L en mm	17x100	17x120	29x115	29x115
Réf.	-	0509	0513	-
Couvercle Réf. 1561				
Nacelle Réf. 1560				
Réf.	1592	-	-	-
Orifice Ø x L en mm	17x87	17,5x74	30x87	30x87
Tubes par rotor	8			
ACR max. ¹⁾	3.260			
Rayon en mm	144			

Plus de récipients sur demande.



- ¹⁾ Veuillez prendre en compte que les valeurs d'ACR indiquées se réfèrent uniquement à la puissance des rotors. Veuillez vous adresser aux fabricants des tubes pour savoir à quelle ACR maximale les récipients de centrifugation peuvent être soumis.
²⁾ L'utilisation de ces récipients ne permet pas de fermer les nacelles 1560 avec le couvercle 1561.



www.hettichlab.com

Distribué par
Le Laborantin
www.lelaborantin.com
clients@lelaborantin.com

Hettich
LAB TECHNOLOGY