


COFFRET DE 47 CALES ÉTALONS



Réf 4102MI – Classe 1 / DIN861

- 2 cales : 1mm et 1,005 mm
- 20 cales : 1,01 à 1,20 mm
- 7 cales : 1,30 à 1,90 mm
- 9 cales : 1 à 9 mm
- 10 cales : 10 à 100 mm
- Précision $\pm 0,0006$ mm
- Acier fraisé rectifié
- Livré avec certificat usine
- Coffret bois



CERTIFICATE OF INSPECTION								
GAUGE BLOCKS								
MAKE:	Rect	DATE:	2012-12-28					
TYPE:	Steel	SET NO.:	120759 47 PCS					
STANDARD DENN61		GRADE:	I					
Deviation from nominal size in mm								
Nominal Size (mm)	Identification No.	Deviation (+/- mm)	Nominal Size (mm)	Identification No.	Deviation (+/- mm)	Nominal Size (mm)		
1.005	122102	+0.15	1.16	127625	-0.01	5.0	128550	+0.02
1.01	128590	+0.05	1.17	121730	0.00	6.0	121155	-0.04
1.02	125217	+0.08	1.18	120763	+0.12	7.0	128014	+0.15
1.03	126037	+0.09	1.19	127939	+0.13	8.0	124412	+0.15
1.04	126708	-0.05	1.20	127937	0.00	9.0	128684	+0.04
1.05	127161	-0.02	1.3	126424	-0.05	10	129061	-0.07
1.06	128648	+0.05	1.4	124020	0.00	20	123237	+0.10
1.07	126180	+0.09	1.5	127870	0.00	30	120349	+0.10
1.08	123621	+0.11	1.6	127205	+0.10	40	122664	+0.18
1.09	127874	+0.10	1.7	124657	+0.14	50	127833	-0.12
1.10	121039	+0.04	1.8	121129	+0.10	60	122532	-0.09
1.11	129075	-0.05	1.9	124530	-0.08	70	120932	+0.18
1.12	120749	-0.02	1.0	123005	+0.15	80	123531	-0.05
1.13	123447	-0.04	2.0	125282	0.00	90	121480	+0.20
1.14	124707	-0.01	3.0	121151	-0.03	100	128268	-0.10
1.15	120818	+0.16	4.0	122129	+0.17			

REMARKS: Standard reference temperature: 68° F (20 °C)

REPORTED BY:

